Les dispositifs médicaux de l'accouchement : usage unique ou réutilisable ?

l'anap
agence nationale de la performance sanitaire et médico-sociale

Porteur de projet

Dr Steffi CALLAND
Pharmacien assistant

CLERMONT-FERRAND
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE

Clermont Ferrand

CHU Clermont-Ferrand

Secteur stérilisation
Pôle Pharmacie

Contact :
scalland@chu-clermontferrand.fr


omedit ILE DE FRANCE

Conseil central de la section H
PHARMACIENS DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ OU MÉDICOSOCIAUX ET DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS

Description du projet











Résultats

Equivalences des différences d'impacts environnementaux entre les 2 scénarios



3 tours du monde en voiture

Mort de tous les poissons dans un équivalent de 4,5 lacs Pavin




Toxicité de **9 millions de boules antimites**

Quantité d'eau nécessaire pour remplir **4 piscines municipales**



1 tonne de cuivre et **8 tonnes de pétrole**





Coût total des DMUU

24,22 € pour une intervention

=

85 197 € à l'année

Coût total des DMR


24,86 € pour une intervention

=

87 450 € à l'année

Surcoût annuel d'environ 2 000 € avec les DMR

15 utilisateurs en faveur du réutilisable



5 utilisateurs en faveur de l'usage unique

→ Aucun stress quand la formation et les outils sont adaptés

→Stress lié aux ruptures d'approvisionnement

